



10ℓ 加圧曝気試験装置
 (高压操作压力1.0MPa)
 型式 : SKJS-10ℓ

構 成

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆曝気槽本体 (10ℓ) ◆攪拌機装置 ◆曝気槽本体 (16ℓ) ◆沈澱槽本体 (18ℓ) | <ul style="list-style-type: none"> ◆再曝気槽本体 (10ℓ) ◆温水循環機構 ◆空気流量調節機構 ◆チュービングポンプ | <ul style="list-style-type: none"> ◆各種計測自立制御盤 ◆配管関係ユニット ◆フルセット架台 |
|--|---|---|

仕 様

- | | | |
|--|---|---|
| <p>10ℓ 曝気槽</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆全容量 …………… 15ℓ ◆仕込量 …………… 10ℓ ◆本体材質 …………… SUS-304 ◆ジャケット材質 …… SUS-304 ◆設計圧力 …………… 1.0MPa ◆研磨仕上 …………… 内面 #400 外面 #300 <p>攪拌機構</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆攪拌モーター …… AC200V 0.4KW ◆攪拌回転数 …… 100~800RPM ◆攪拌シャフトシール …… ダブルメカニカル ◆攪拌羽根 …… ディスクタービン ◆攪拌速度調節 …… インバーター | <p>本機取付口</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆空気入口 ◆原水入口 ◆濃縮液戻り口 ◆消泡液入口 ◆排気口 ◆予備口 ◆PH電極口 ◆DO電極口 ◆TE測温体口 ◆消泡電極口 ◆消泡剤入口 ◆覗窓 ◆ジャケット口 …… 温水入口・出口 | <p>制御機構</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆工程自動化システム (シーケンサー) ◆温度計測制御ユニット ◆通気制御ユニット ◆溶存酸素計測制御ユニット ◆PH計測制御ユニット ◆消泡制御ユニット ◆圧力計測制御ユニット ◆6打点式記録計 (電子式自動平衡型) |
|--|---|---|

※お客様の御要望に応じた設計・製作可能です。