

圧力計・真空計・連成計（文字盤 種類・目盛分割表／SI単位対応）

圧力計

単位：MPa（旧単位：kgf/cm²）

等級精度	1.6		1.0		0.6		備考
	計器大きさ φ		計器大きさ φ		計器大きさ φ		
目盛範囲	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	
0~60 kPa (6000mmAg)	1	60	1	60	0.5	120	
0.06 MPa (0.6)	0.001	60	0.001	60	0.0005	120	
0.1 (1)	0.002	50	0.002	50	0.001	100	
0.16 (1.6)	0.005	32	0.002	80	0.001	160	
0.2 (2)	0.005	40	0.005	40	0.002	100	●
0.25 (2.5)	0.005	50	0.005	50	0.002	125	
0.3 (3)	0.01	30	0.005	60	0.003	100	●
0.4 (4)	0.01	40	0.005	80	0.002	200	
0.5 (5)	0.01	50	0.01	50	0.005	100	●
0.6 (6)	0.01	60	0.01	60	0.005	120	
1 (10)	0.02	50	0.02	50	0.01	100	
1.6 (16)	0.05	32	0.02	80	0.01	160	
2 (20)	0.05	40	0.05	40	0.02	100	●
2.5 (25)	0.05	50	0.05	50	0.02	125	
4 (40)	0.1	40	0.05	80	0.02	200	
6 (60)	0.1	60	0.1	60	0.05	120	
10 (100)	0.2	50	0.2	50	0.1	100	
16 (160)	0.5	32	0.2	80	0.1	160	
25 (250)	0.5	50	0.5	50	0.2	125	
40 (400)	1	40	0.5	80	0.2	200	
60 (600)	1	60	1	60	0.5	120	

真空計

単位：MPa（旧単位：cmHg）

等級精度	1.6		1.0		0.6		備考
	計器大きさ φ		計器大きさ φ		計器大きさ φ		
目盛範囲	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	
-0.1~0 (-1~0)	0.002	50	0.002	50	0.001	100	

連成計

単位：MPa（旧単位：kgf/cm²）

等級精度	1.6		1.0		0.6		備考
	計器大きさ φ		計器大きさ φ		計器大きさ φ		
目盛範囲	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	最小目盛	分割数	
-0.1~0.05 (-1~0.5)	0.005	30	0.002	75	0.001	150	●
~0.1 (~ 1)	0.005	40	0.002	100	0.002	100	
~0.16 (~ 1.6)	0.005	52	0.005	52	0.002	130	
~0.25 (~ 2.5)	0.01	35	0.005	70	0.002	175	
~0.3 (~ 3)	0.01	40	0.005	80	0.005	80	●
~0.4 (~ 4)	0.01	50	0.01	50	0.005	100	
~0.5 (~ 5)	0.01	60	0.01	60	0.005	120	●
~0.6 (~ 6)	0.02	35	0.01	70	0.005	140	
~1 (~10)	0.02	55	0.02	55	0.01	110	
~1.6 (~16)	0.05	34	0.02	85	0.02	85	
~2.5 (~25)	0.05	52	0.05	52	0.02	130	

※ ●印は新JIS規格目盛範囲外の製品です。
 ※ 検査成績表を作成します。ご注文の際に申し付け下さい。